

Bukowina Tatrzańska, dnia 29.07.2026 r.

Zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku

Dostawa, uruchomienie i instruktaż obsługi stanowiska EEG Biofeedback oraz systemu do treningu uwagi słuchowej

projekt „Podhalański Inkubator Edukacyjny (edukacja włączająca) - Gmina Bukowina Tatrzańska”, nr FEMP.06.30-IP.01-1616/24

Numer postępowania	GZO.271.1.2026
Termin składania ofert	do dnia 7 sierpnia 2026 r. do godz. 11:00
Sposób złożenia	e-mail: zkuczynska@gbt.edu.pl albo osobiście w siedzibie Zamawiającego
Części zamówienia	Część 1 - EEG Biofeedback; część 2 - trening uwagi słuchowej

1. Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

NIP: 736-171-72-20; REGON: 491892067.

Osoba do kontaktu: Zofia Kuczyńska, e-mail: zkuczynska@gbt.edu.pl.

2. Tryb udzielenia zamówienia i finansowanie

1. Postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z regulaminem udzielania zamówień obowiązującym u Zamawiającego. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość zamówienia jest niższa niż próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
2. Do postępowania nie stosuje się zasady konkurencyjności określonej w Wytocznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, ponieważ szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 80 000 zł netto. Zamawiający prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty, racjonalny oraz zapewniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców.
3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

3. Przedmiot zamówienia i podział na części

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch kompletnych, fabrycznie nowych systemów terapeutycznych wraz z oprogramowaniem, licencjami, wyposażeniem, transportem, wniesieniem, montażem, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, testem poprawności działania, dokumentacją, instruktażem technicznym, gwarancją i serwisem:

1. Część 1 - stanowisko EEG Biofeedback z aparatem 5-kanalowym, przeznaczone dla Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu.

2. Część 2 - system do treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa lub rozwiązaniem równoważnym, wraz z modułem diagnostycznym, przeznaczony dla Szkoły Podstawowej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo obie części. Każda część będzie oceniana i rozstrzygana odrębnie. Oferta na daną część musi obejmować cały jej zakres. Zamawiający może zawrzeć dwie odrębne umowy albo jedną umowę obejmującą obie części, jeżeli najkorzystniejszą ofertę w obu częściach złoży ten sam wykonawca.

Główne kody CPV: 33150000-6 - urządzenia do mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii; dodatkowo: 33121100-5 - elektroencefalografy, 30213100-6 - komputery przenośne oraz 48180000-3 - pakiety oprogramowania medycznego.

4. Termin i miejsca realizacji

1. Termin realizacji każdej części: do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Miejsce realizacji części 1: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica.
3. Miejsce realizacji części 2: Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 184, 34-405 Białka Tatrzańska.
4. Za wykonanie zamówienia uznaje się podpisanie przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń po zakończeniu dostawy, uruchomienia, testów i instruktażu.

5. Warunki udziału i podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który:

3. prowadzi działalność umożliwiającą legalną dostawę, instalację i serwis oferowanego systemu oraz dysponuje personelem zdolnym do jego uruchomienia i przeprowadzenia instruktażu;
4. nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
5. nie jest powiązany z Zamawiającym w sposób mogący naruszać bezstronność lub uczciwą konkurencję.

Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych w formularzu oferty. Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających oświadczenia przed wyborem oferty.

6. Zasady równoważności i dokumenty dotyczące oferowanych produktów

1. Nazwy metod, typów rozwiązań lub produktów referencyjnych służą wyłącznie określeniu wymaganej funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
2. Równoważność oznacza co najmniej: takie samo przeznaczenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, spełnienie wszystkich parametrów

minimalnych, nie mniejszy zakres funkcji, kompletność, bezpieczeństwo, możliwość legalnego używania w placówce oświatowej, wymagany okres licencji oraz brak obowiązkowych opłat cyklicznych.

3. Wykonawca oferujący rozwiązanie równoważne wykazuje jego równoważność w tabeli zgodności i załącza dokumenty producenta pozwalające zweryfikować deklarowane parametry. Ciężar wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy.
4. Wraz z ofertą należy złożyć karty katalogowe, specyfikacje producenta lub inne dokumenty potwierdzające najważniejsze parametry, a w zakresie wyrobów medycznych - dokumenty potwierdzające zgodne z prawem wprowadzenie wyrobu do obrotu i używania.

7. Sposób obliczenia ceny

1. Cenę należy podać osobno dla każdej części w złotych polskich, jako wartość netto, stawkę i kwotę VAT oraz wartość brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Prawidłowe ustalenie stawki VAT dla poszczególnych elementów należy do Wykonawcy, z zastrzeżeniem monitora komputerowego wskazanego odrębnie w części 1. Wykonawca stosuje dla tego monitora stawkę VAT 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a oraz ust. 13-15 w związku z poz. 1 załącznika nr 8 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Monitor zostanie dostarczony do placówki oświatowej wskazanej w OPZ, a Zamawiający prześle Wykonawcy, najpóźniej przed dostawą i wystawieniem faktury, zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący tę placówkę.
3. Pozostałe elementy należy opodatkować według stawek właściwych na dzień złożenia oferty. Jeżeli Wykonawca zastosuje stawkę obniżoną, w szczególności 8% dla wyrobu medycznego lub wyposażenia wyrobu medycznego, wskazuje w formularzu element objęty tą stawką i jej podstawę oraz składa dokument potwierdzający status produktu. Elementy objęte różnymi stawkami VAT muszą zostać wycenione i wykazane odrębnie.
4. Cena części jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty prawidłowej realizacji, w tym opakowanie, ubezpieczenie, transport, wniesienie, montaż, instalację, konfigurację, licencje, uruchomienie, testy, instruktaż, dokumentację, gwarancję, serwis i usunięcie opakowań.
5. Koszt odrębnego szkolenia metodycznego lub certyfikacyjnego, jeżeli jest wymagane do prowadzenia terapii, nie wchodzi do ceny części 2. Wykonawca wskazuje taki wymóg i koszt wyłącznie informacyjnie w formularzu oferty.

8. Kryterium oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert w każdej części jest cena brutto - 100%. Liczba punktów zostanie obliczona według wzoru: $C = (C_{min} / C_{bad}) \times 100$, gdzie C_{min} oznacza najniższą cenę brutto spośród ważnych ofert, a C_{bad} - cenę brutto badanej oferty. Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów dla danej części.

Wymagania jakościowe dotyczące wszystkich głównych elementów zostały określone w OPZ jako warunki minimalne; oferta niespełniająca któregokolwiek z nich nie podlega ocenie punktowej. W razie złożenia ofert z taką samą najniższą ceną Zamawiający może wezwać tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, przy czym cena dodatkowa nie może być wyższa od ceny pierwotnej.

9. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
2. Oferta musi wskazywać producenta, nazwę, model lub wersję oferowanego systemu i jego głównych elementów oraz zawierać wypełnioną tabelę zgodności z OPZ.
3. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy. Dopuszcza się skan dokumentu podpisanego własnoręcznie albo dokument podpisany elektronicznie.
4. Ofertę należy przesłać na adres zkuczynska@gbt.edu.pl, wpisując w temacie: „Oferta - EEG Biofeedback / trening uwagi słuchowej - część ...”, albo złożyć w siedzibie Zamawiającego.
5. **Termin składania ofert: do dnia 7 sierpnia 2026 r. do godz. 11:00.**
6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Wyjaśnienia, poprawianie ofert i odrzucenie oferty

1. Zamawiający może zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty, uzupełnienie dokumentu potwierdzającego parametr lub poprawić oczywistą omyłkę pisarską albo rachunkową, informując o tym wykonawcę. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany oferowanego systemu ani podwyższenia ceny po terminie składania ofert.
2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli została złożona po terminie, jest niezgodna z OPZ, nie obejmuje całego zakresu danej części, nie została podpisana przez osobę uprawnioną, zawiera błąd uniemożliwiający porównanie albo została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu.

11. Wybór oferty, zawarcie umowy i unieważnienie

1. Informacja o wyniku zostanie przekazana wykonawcom, którzy złożyli oferty, oraz opublikowana w miejscu publikacji zapytania.
2. Wybór oferty nie oznacza zawarcia umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez strony.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie w całości albo w części w szczególności, gdy nie wpłynie żadna ważna oferta, cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki przeznaczone na zamówienie, nastąpi istotna zmiana okoliczności lub zakresu projektu albo dalsza realizacja zamówienia nie będzie leżała w interesie publicznym. O unieważnieniu i jego przyczynie Zamawiający poinformuje wykonawców.

12. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w ofercie jest Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i realizacji umowy, rozliczenia projektu oraz archiwizacji dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie działań przed zawarciem umowy także art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane mogą być udostępniane instytucjom kontrolującym projekt i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa określone w RODO, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązku zachowania dokumentacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@ugbukowinatatrzenska.pl.

13. Załączniki

6. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
7. Załącznik nr 2 - Formularz oferty wraz z tabelą zgodności.
8. Załącznik nr 3 - Oświadczenia wykonawcy.
9. Załącznik nr 4 - Projekt umowy.
10. Załącznik nr 5 - Wzór protokołu odbioru.

.....
podpis Zamawiającego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Wymagania wspólne dla obu części

1. Wszystkie urządzenia i elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad i praw osób trzecich oraz pochodzić z legalnego kanału dystrybucji.
2. System musi być gotowy do użytkowania po odbiorze, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów, licencji lub obowiązkowych abonamentów, poza szkoleniem metodycznym wyraźnie wyłączonym z części 2.
3. Oprogramowanie i instrukcje użytkownika muszą być dostępne w języku polskim. Interfejs może zawierać powszechnie używane angielskie oznaczenia techniczne, jeżeli pełna instrukcja jest w języku polskim.
4. Urządzenia i oprogramowanie muszą być wzajemnie kompatybilne. Wykonawca odpowiada za dobór parametrów komputerów i systemów operacyjnych zapewniających stabilną pracę oferowanego rozwiązania.
5. Jeżeli urządzenie lub jego element jest wyrobem medycznym, musi być zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu i używania, posiadać wymagane oznakowanie, deklarację zgodności, instrukcję i dokumenty w języku polskim.
6. Minimalna gwarancja na urządzenia, komputer i akcesoria elektroniczne wynosi 24 miesiące od odbioru bez zastrzeżeń. Licencje określone jako bezterminowe nie mogą wygasnąć wskutek zakończenia gwarancji lub wsparcia.
7. Instruktaż techniczny ma odbyć się stacjonarnie w miejscu dostawy, trwać co najmniej 4 godziny zegarowe i obejmować co najmniej 2 osoby. Instruktaż nie zastępuje odrębnego szkolenia terapeutycznego lub certyfikacyjnego.
8. Cena obejmuje transport, wniesienie, ustawienie, montaż, instalację, konfigurację, aktywację licencji, utworzenie kont administracyjnych, uruchomienie, testy, instruktaż, dokumentację i usunięcie opakowań.

2. Część 1 - stanowisko EEG biofeedback z aparatem 5-kanalowym

Ilość: 1 komplet. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu, ul. Polna 44, 34-406 Leśnica.

Lp.	Element	Minimalne wymagania
1	Aparat EEG Biofeedback	Aparat określany jako 5-kanalowy, umożliwiający równoczesną rejestrację co najmniej 4 kanałów EEG oraz pomiar saturacji SpO2 i częstości tętna HR z użyciem czujnika pulsoksymetrycznego. Co najmniej 6 stale dostępnych wejść pomiarowych. Aparat musi umożliwiać prowadzenie treningu EEG Biofeedback w czasie rzeczywistym i bezpieczną pracę z uczniami.

Lp.	Element	Minimalne wymagania
2	Oprogramowanie terapeutyczne	Oprogramowanie w języku polskim do rejestracji i analizy sygnału EEG oraz prowadzenia treningów. Baza uczestników; tworzenie i zapisywanie protokołów; konfiguracja pasm i progów; ręczne i automatyczne dostosowywanie poziomu trudności; podgląd sygnału w czasie rzeczywistym; oznaczanie lub ograniczanie artefaktów; zapis wyników, raportów i porównywanie sesji; archiwizacja i eksport danych. Legalna licencja obejmująca wszystkie funkcje wymagane w OPZ.
3	Moduł stymulacyjny	Moduł „Film” lub równoważny, umożliwiający wykorzystanie materiału filmowego jako bodźca zwrotnego, którego obraz lub dźwięk reaguje w czasie rzeczywistym na spełnianie warunków treningu. W komplecie gry, animacje lub inne materiały startowe umożliwiające rozpoczęcie zajęć bez dodatkowych zakupów.
4	Elektrody i akcesoria startowe	Co najmniej 6 elektrod miseczkowych wraz z kompletem kompatybilnych przewodów, w tym elektrodami pomiarowymi, referencyjną i uziemiającą; czujnik SpO2/HR; 2 elastyczne czepki z oznaczeniem punktów układu 10-20 - po 1 w rozmiarze średnim i dużym albo równoważny system stabilizacji elektrod dla dzieci i młodzieży; żel lub pasta przewodząca min. 450 ml; strzykawka z tępą końcówką do aplikacji oraz materiały niezbędne do rozpoczęcia pracy.
5	Dedykowany komputer	Laptop albo komputer przenośny dobrany i skonfigurowany przez wykonawcę do oferowanego systemu: procesor i karta graficzna zapewniające płynną obsługę wszystkich modułów, pamięć RAM min. 16 GB, dysk SSD min. 512 GB, aktualnie wspierany 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji, karta sieciowa i Wi-Fi, kamera, mikrofon, komplet portów wymaganych do podłączenia urządzeń. Zasilacz i torba w komplecie.
6	Monitor pacjenta i urządzenia peryferyjne	Monitor o przekątnej min. 23,8 cala, rozdzielczości min. 1920 x 1080, matowej powierzchni, z przewodem sygnałowym kompatybilnym z komputerem. Mysz, klawiatura i wszystkie adaptory niezbędne do działania stanowiska. Monitor należy wycenić oraz wykazać na fakturze jako odrębną pozycję ze stawką VAT 0%; urządzenia peryferyjne należy wycenić oddzielnie od monitora.
7	Wyposażenie gabinetu	Biurko albo stół terapeuty umożliwiający bezpieczne ustawienie komputera i aparatu; fotel obrotowy dla terapeuty; rozkładany fotel pacjenta z funkcją masażu i podgrzewania. Meble fabrycznie nowe, stabilne, z powierzchniami łatwymi do czyszczenia; fotel pacjenta o nośności min. 120 kg.

Lp.	Element	Minimalne wymagania
8	Dostawa, uruchomienie i instruktaż	Dostawa do wskazanej szkoły, wniesienie, montaż mebli, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania, aktywacja licencji, test wszystkich kanałów, modułów i akcesoriów oraz instruktaż techniczny min. 4 godziny dla min. 2 osób.
9	Dokumentacja, gwarancja i serwis	Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim, dokumentacja licencyjna, wykaz numerów seryjnych, dokumenty dotyczące wyrobu medycznego - jeżeli dotyczy - oraz gwarancja min. 24 miesiące. Bezpłatne wsparcie techniczne co najmniej przez okres gwarancji; możliwość zgłoszeń telefonicznie lub e-mailem.

3. Część 2 - system do treningu uwagi słuchowej

Ilość: 1 komplet. Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Białce Tatrzańskiej, ul. Środkowa 184, 34-405 Białka Tatrzańska.

Lp.	Element	Minimalne wymagania
1	Kompletny system terapeutyczno-diagnostyczny	Zintegrowany system sprzętu i oprogramowania przeznaczony do prowadzenia spersonalizowanego treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa lub metodą równoważną oraz do wykonania diagnozy poprzedzającej terapię. System przeznaczony do pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2	Moduł dźwiękowy	Urządzenie typu „elektroniczne ucho” lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające cyfrowe przetwarzanie i filtrowanie dźwięku, automatyczne przełączanie kanałów lub filtrów, regulację balansu i lateralizacji oraz przekaz sygnału przez przewodnictwo powietrzne i kostne. Przetwarzanie dźwięku i materiały muzyczne w jakości co najmniej 24 bit / 48 kHz. Moduł mający status wyrobu medycznego, jeżeli zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem podlega przepisom o wyrobach medycznych.
3	Oprogramowanie terapeuty	Aplikacja w języku polskim umożliwiająca tworzenie kont uczestników, planowanie terapii, korzystanie z gotowych programów, tworzenie nieograniczonej liczby własnych programów dostosowanych do potrzeb uczestnika, przypisywanie programu na każdy dzień terapii oraz dokumentowanie i monitorowanie postępów.

Lp.	Element	Minimalne wymagania
4	Biblioteka gotowych programów	Co najmniej 12 wyodrębnionych grup lub obszarów terapeutycznych, obejmujących łącznie co najmniej 390 gotowych ścieżek, sesji lub programów. Biblioteka musi obejmować co najmniej: spektrum autyzmu, zespół Aspergera, afazję, ADHD, ADD, dysleksję, dyskalkulię oraz program szkoła/przedszkole wspierający rozwój kompetencji językowych, matematycznych, społecznych i motorycznych. Dopuszcza się inną strukturę i nazewnictwo biblioteki, jeżeli wykonawca w tabeli równoważności wykaże nie mniejszy zakres funkcjonalny i liczbę gotowych ścieżek lub równoważnych konfiguracji terapeutycznych.
5	Praca równoczesna	Możliwość prowadzenia w tym samym czasie terapii co najmniej 4 osób, przy czym każdej osobie można niezależnie przypisać inny program albo grupę programów. System musi umożliwiać niezależną regulację i zapis przebiegu terapii dla każdego uczestnika.
6	Licencja i konta	Licencja bezterminowa, bez limitu liczby kont terapeutów i bez limitu liczby kont uczestników. Brak obowiązkowego abonamentu lub opłat cyklicznych warunkujących korzystanie z podstawowych funkcji. Wykonawca wskazuje liczbę dopuszczonych instalacji, zasady aktualizacji i ewentualne funkcje dodatkowo płatne.
7	Wyposażenie użytkowe	4 sztuki słuchawek powietrzno-kostnych albo 4 kompletne stanowiska odsłuchowe zapewniające równoczesną pracę 4 osób; mikrofon pulpitowy z przewodem i podstawką; 4 opaski stabilizujące słuchawki; rozgałęźniki, przewody, zasilacze, adaptory i inne elementy niezbędne do równoczesnej pracy 4 osób.
8	Dedykowany laptop	Laptop dobrany i skonfigurowany przez wykonawcę: pamięć RAM min. 16 GB, dysk SSD min. 512 GB, aktualnie wspierany 64-bitowy system operacyjny w polskiej wersji, parametry zapewniające płynną obsługę systemu, wszystkie porty i interfejsy niezbędne do podłączenia modułów. Oprogramowanie zainstalowane, aktywowane i przetestowane. Zasilacz i torba w komplecie.
9	Moduł diagnostyczny - audiometr	Profesjonalny audiometr medyczny umożliwiający wykonanie badań niezbędnych do diagnozy uwagi słuchowej, w tym ocenę przewodnictwa powietrznego i kostnego, lateralizacji lub funkcji równoważnych wymaganych przez oferowaną metodę. Urządzenie skalibrowane; w komplecie aktualne świadectwo kalibracji lub wzorcowania, instrukcja w języku polskim i niezbędne akcesoria.

Lp.	Element	Minimalne wymagania
10	Dostawa, uruchomienie i instruktaż	Dostawa do wskazanej szkoły, wniesienie, instalacja i konfiguracja wszystkich elementów, aktywacja licencji, utworzenie kont administracyjnych, test równoczesnej pracy 4 stanowisk oraz instruktaż techniczny min. 4 godziny dla min. 2 osób.
11	Dokumentacja, gwarancja i wsparcie	Instrukcja instalacji i obsługi w języku polskim, dokumentacja licencyjna, deklaracje zgodności i dokumenty dotyczące statusu wyrobu medycznego - w zakresie mającym zastosowanie - oraz gwarancja min. 24 miesiące. Bezpłatne wsparcie techniczne producenta lub autoryzowanego serwisu co najmniej przez okres gwarancji.

Uwaga: odrębne szkolenie metodyczne lub certyfikacyjne z audio-psycho-fonologii nie jest objęte niniejszą dostawą. Wykonawca ma obowiązek wskazać, czy takie szkolenie jest warunkiem korzystania z całości lub części funkcji systemu, jaki poziom szkolenia jest wymagany oraz ile wynosi jego aktualny koszt - wyłącznie informacyjnie.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Formularz oferty

Dostawa stanowiska EEG Biofeedback oraz systemu do treningu uwagi słuchowej

Wykonawca	
Adres	
NIP / REGON	
Osoba do kontaktu	
E-mail / telefon	

1. Zakres składanej oferty

- ☐ Część 1 - stanowisko EEG Biofeedback.
- ☐ Część 2 - system do treningu uwagi słuchowej.

2. Cena - część 1

Lp.	Element ceny	Netto (zł)	VAT	Brutto (zł)	Producent / model / uwagi
1	Aparat EEG Biofeedback, oprogramowanie, licencje i akcesoria startowe				
2	Dedykowany komputer oraz urządzenia peryferyjne - bez monitora				
3	Monitor pacjenta min. 23,8 cala - odrębna pozycja		0%		
4	Moduł stymulacyjny „Film” lub równoważny				
5	Biurko/stolik terapeuty, fotel terapeuty i fotel pacjenta				
6	Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja, uruchomienie, test i instruktaż				
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI 1					
Producent i model aparatu					
Nazwa i wersja oprogramowania					
Zakres i okres licencji					
Termin realizacji (dni)					
Okres gwarancji (miesiące)					

3. Tabela zgodności - część 1

Lp.	Wymaganie	Parametr oferowany / TAK-NIE	Dokument / strona
1	4 kanały EEG + SpO2 + HR; min. 6 wejść		
2	Oprogramowanie w języku polskim i wymagane funkcje		
3	Moduł „Film” lub równoważny		
4	Elektrody, czepki M/L, żel min. 450 ml i akcesoria		
5	Komputer: RAM min. 16 GB, SSD min. 512 GB		
6	Monitor min. 23,8 cala, Full HD		
7	Wyposażenie gabinetu zgodne z OPZ		
8	Instruktaż min. 4 godziny dla min. 2 osób		
9	Gwarancja min. 24 miesiące		

4. Cena - część 2

Lp.	Element ceny	Netto (zł)	VAT	Brutto (zł)	Producent / model / uwagi
1	Moduł dźwiękowy typu „elektroniczne ucho” lub równoważny				
2	Oprogramowanie, biblioteka programów i bezterminowa licencja				
3	4 słuchawki powietrzno-kostne, mikrofon, opaski i pozostałe akcesoria				
4	Dedykowany laptop z systemem operacyjnym				
5	Audiometr medyczny wraz z kalibracją i akcesoriami				
6	Dostawa, instalacja, konfiguracja, uruchomienie, test i instruktaż				
ŁĄCZNA CENA CZĘŚCI 2					
Producent, nazwa i wersja systemu					
Zakres i okres licencji					

Lp.	Element ceny	Netto (zł)	VAT	Brutto (zł)	Producent / model / uwagi
	Liczba kont terapeutów / uczestników				
	Liczba równoczesnych uczestników				
	Liczba grup i ścieżek/programów				
	Termin realizacji (dni)				
	Okres gwarancji (miesiące)				
	Wymagane szkolenie metodyczne/certyfikacyjne	TAK / NIE; jeśli TAK - poziom, czas i koszt informacyjny:			

5. Tabela zgodności - część 2

Lp.	Wymaganie	Parametr oferowany / TAK-NIE	Dokument / strona
1	Moduł dźwiękowy: filtrowanie, lateralizacja, przewodnictwo powietrzne i kostne		
2	Jakość dźwięku min. 24 bit / 48 kHz		
3	Oprogramowanie w języku polskim i nieograniczone programy własne		
4	Min. 12 grup i min. 390 gotowych ścieżek lub równoważnych konfiguracji		
5	Zakres: autyzm, Asperger, afazja, ADHD, ADD, dysleksja, dyskalkulia, szkoła/przedszkole		
6	Niezależna terapia 4 osób równocześnie		
7	Bezterminowa licencja; brak limitu kont terapeutów i uczestników		
8	4 słuchawki powietrzno-kostne, mikrofon, opaski i akcesoria		
9	Laptop: RAM min. 16 GB, SSD min. 512 GB		
10	Audiometr medyczny z aktualnym potwierdzeniem kalibracji/wzorcowania		
11	Instruktaż min. 4 godziny dla min. 2 osób		
12	Gwarancja min. 24 miesiące i bezpłatne wsparcie w okresie gwarancji		

6. Oświadczenie dotyczące ceny i oferty

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym, OPZ i projektem umowy, nie wnosimy do nich zastrzeżeń, a podana cena obejmuje wszystkie koszty wymagane do należytego wykonania oferowanej części. Zastosowane stawki VAT są zgodne z przepisami obowiązującymi na dzień złożenia oferty; dla wyodrębnionego monitora w części 1 przyjęto stawkę 0%. W odniesieniu do każdej innej stawki obniżonej wskazaliśmy podstawę jej zastosowania i załączyliśmy dokument potwierdzający status produktu. Oferowane produkty są zgodne z informacjami podanymi w formularzu i załączonych dokumentach. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Miejscowość i data	Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Oświadczenia wykonawcy

Działając w imieniu wykonawcy wskazanego w formularzu oferty, oświadczam, że:

1. wykonawca posiada zdolność organizacyjną, techniczną i zawodową niezbędną do wykonania oferowanej części zamówienia;
2. oferowane urządzenia, oprogramowanie i licencje mogą być legalnie dostarczone i używane zgodnie z przeznaczeniem określonym w OPZ;
3. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
4. nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, które mogłyby naruszać bezstronność postępowania lub uczciwą konkurencję;
5. wszystkie informacje podane w ofercie i dokumentach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym;
6. stawki VAT wskazane w formularzu cenowym są prawidłowe dla poszczególnych elementów; monitor komputerowy objęty częścią 1 wyceniono ze stawką 0%, a dla pozostałych stawek obniżonych wskazano podstawę ich zastosowania i załączono dokument potwierdzający status produktu;
7. wykonawca potwierdza zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w zapytaniu oraz zobowiązuje się przekazać tę informację osobom, których dane wskazał w ofercie.

Miejscowość i data	Podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego / załącznik nr 3 do umowy

Protokół odbioru

Umowa nr / data	
Część zamówienia	
Miejsce i data odbioru	
Wykonawca	
Przedstawiciel Zamawiającego	

1. Zakres odbioru

- ☐ Dostarczono wszystkie urządzenia, wyposażenie i akcesoria objęte OPZ i ofertą.
- ☐ Urządzenia są fabrycznie nowe, bez uszkodzeń i zgodne z dokumentami dostawy.
- ☐ Przeprowadzono montaż, instalację, konfigurację, aktywację licencji i test działania.
- ☐ Przekazano instrukcje, deklaracje zgodności, dokumenty dotyczące wyrobów medycznych, dokumenty licencyjne, wykaz modeli i numerów seryjnych, hasła lub klucze administracyjne, dokumenty gwarancyjne oraz świadectwo kalibracji lub wzorcowania - jeżeli dotyczy.
- ☐ Przeprowadzono instruktaż techniczny w wymaganym wymiarze.

2. Wynik odbioru

- ☐ Przedmiot umowy odebrano bez zastrzeżeń.
- ☐ Przedmiot umowy odebrano z zastrzeżeniami opisanymi poniżej.
- ☐ Odmówiono odbioru z przyczyn opisanych poniżej.

Uwagi, braki, wady i termin ich usunięcia:

3. Instruktaż

Data i liczba godzin	
Prowadzący	
Liczba uczestników	
Przedstawiciel Zamawiającego	Przedstawiciel Wykonawcy